

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ –
Лазерний літотриптер**

1.Обґрунтування доцільності закупівлі та якісних характеристик.


Необхідність закупівлі лазерного літотриптера обумовлена вимогами Національної служби здоров'я України при контрахтуванні обласної клінічної лікарні по пакету «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» в частині забезпечення урологічної служби обласної лікарні медичним обладнанням. Відсутність даного обладнання унеможливило надання високотехнологічної медичної допомоги пацієнтам, які мають різні патології нирок та сечостатевої системи.

Вибір якісних характеристик на закупівлю лазерного літотриптера базується на необхідності надання якісної медичної допомоги хворим та максимальної відповідності вимогам НСЗУ. До вимог було включено потужність лазерного літотриптеру не менше 35 Ватт, його мультифункціональність (лікування пацієнтів з сечокам'яною хворобою та гіперплазії простати). Дане обладнання дає можливість проведення контактної лазерної літотрипсії та лазерної енуклеації. Надання медичної допомоги із застосуванням даного високотехнологічного лазерного обладнання дозволить зменшити час проведення оперативного лікування, значно скоротити період реабілітації та як позитивний результат - прискорити видужування пацієнта і значно поліпшити якість його життя в подальшому.

2.Обґрунтування очікуваної вартості обладнання.

Формування очікуваної вартості в сумі 3200000,0 гривень проводилося з урахуванням інформації з загальнодоступних відкритих джерел інтернет ресурсу, а також проведений аналіз закупівель зазначеного обладнання іншими Замовниками через систему електронних закупівель Прозорро, комерційних пропозицій, прас листів різних виробників та постачальників аналогічного обладнання.

В.о. зав. урологічного відділення



П.П. Січенко

26.12.2023