

**ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ –**

**Ремонт і технічне обслуговування обладнання: Процесор Pentax
ЕРК-3000**

1.Обґрунтування доцільності закупівлі та якісних характеристик.

Необхідність проведення ремонту та технічного обслуговування процесора PENTAX ЕРК-3000 обумовлена закінченням терміну роботи лампи процесора (термін роботи 500 годин) з урахуванням вимог Національної служби здоров'я України щодо виконання специфікації пакетів послуг езофагогастродуоденоскопія та колоноскопія, що визначена в рамках реформи галузі.

Відеоендоскопічне обладнання з процесором PENTAX ЕРК-3000 введено в експлуатацію з серпня 2019 року, на якому виконано більше 9000 ендоскопічних досліджень.

2.Обґрунтування очікуваної вартості обладнання.

Формування очікуваної вартості в сумі 130000,0 гривень проводилося з урахуванням інформації з загальнодоступних відкритих джерел інтернет ресурсу, а також проведений аналіз закупівель зазначеного обладнання іншими Замовниками через систему електронних закупівель Прозорро, комерційних пропозицій постачальників та фірм з ремонту та технічного обслуговування обладнання.

Завідувач ендоскопічного відділення



А.І. Гребенюк

20.08.2024