ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
«Ендопротези колінного та кульшового суглобів»

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик

Необхідність закупівлі **«Ендопротезів колінного та кульшового суглобів»** обумовлена вимогами Національної служби здоров'я України щодо забезпечення виконання пакету медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» в частині надання високоспеціалізованої допомоги пацієнтам, що мають ортопедичну патологію.

На сьогодні лікарня недостатньо забезпечена системами імплантів для вкрай важкої патології кульшових суглобів для первинного ендопротезування.

Вибір якісних характеристик на закупівлю імплантів кульшового суглобу базується на необхідності надання якісної медичної допомоги хворим, які мають важку ступінь дегенеративного захворювання кульшового суглобу.

Серед вкрай важливих медико-технічних вимог до імплантів, які внесені лікарнею до тендерної документації, є наступні:

Основні вимоги до Тотальних ендопротезів колінного суглобу для первинного протезування без збереження та із збереженням задньої хрестоподібної зв'язки : біомеханічні і конструктивні властивості ендопротезів мають відповідати детальним вимогам до конструкції окремих складових частин і забезпечувати надійне заміщення уражених або пошкоджених суглобових поверхонь. Конструкція складових частин тотального ендопротезу колінного суглобу має забезпечувати можливість його застосування для первинного протезування у випадку без збереження та із збереженням задньої хрестоподібної зв'язки при використанні цементної фіксації до поверхні кістки.

Основні вимоги до: Тотальний ендопротез кульшового суглобу безцементного типу фіксації з напівсферичною чашкою та керамічною голівкою: біомеханічні і конструктивні властивості ендопротезів повинні відповідати детальним вимогам до конструкції окремих складових частин, і забезпечувати надійне і ефективне заміщення уражених або пошкоджених суглобових поверхонь кульшового суглобу шляхом застосування відповідних конструктивних рішень. Компоненти ендопротезів мають постачатися в упакованому стерильному вигляді.

2. Обґрунтування очікуваної вартості обладнання

Формування очікуваної вартості в сумі 1 902 500,00 гривень проводилося з урахуванням інформації із загальнодоступних відкритих джерел інтернет ресурсу, а також проведений аналіз закупівель іншими Замовниками через систему електронних закупівель PROZORO, комерційних пропозицій, прас-листів різних виробників та постачальників аналогічного обладнання інтернет ресурсів, а також офіційних сайтів виробників аналогічного обладнання.

Завідувач центром ендопротезування та травматології Наталія ЯКОВЕНЧУК

11.06.2026