ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ -

Лапароскопічна стійка в комплекті:
(код ДК 021:2015 :33160000-9 — Устаткування для операційних блоків,
код по НК 024:2023: 35616 Система ендоскопічної візуалізації)

1. Обґрунтування доцільності закупівлі та якісних характеристик

Закупівля лапароскопічної стійки обумовлена необхідністю забезпечення високого рівня надання урологічної допомоги, безпеки пацієнтів та ефективної роботи лікарів-урологів при проведенні оперативних втручань на органах сечовивідної системи. Однією з головних медико-технічних вимог є наявність в лапароскопічній стійці ендоскопічної камери з наступними параметрами: роздільність: не менше Full HD 1080p, 1920(H) x 1080(V) пікселів; відеовихід: не менше 2 x 3G-SDI / HD-SDI, 2 x DVI; датчик зображення: не гірше 1 1/3“ Високочутливий MOS, що дозволить забезпечити надзвичайно чітке зображення з природним відчуттям глибини, що має вирішальне значення для лікаря-уролога під час складних оперативних втручань.

2. Обґрунтування очікуваної вартості обладнання

Формування очікуваної вартості в сумі 3210968,59 гривень проводилося з урахуванням інформації із загальнодоступних відкритих джерел інтернет ресурсу, а також проведений аналіз закупівель зазначеного обладнання іншими Замовниками через систему електронних закупівель Прозорро, комерційних пропозицій, прас-листів різних виробників та постачальників аналогічного обладнання інтернет ресурсів, а також офіційних сайтів виробників аналогічного обладнання.

Зав. урологічного відділення **А.І. Осадчий**

24.09.2026